

Żydowski Instytut Historyczny
im. Emanuela Ringelbluma
00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5
e-mail: secretary@jhi.pl
Tel.: (22) 827 92 21
Fax: (22) 827 83 72
www.jhi.pl

Warszawa, dnia 16 listopada 2012 r.

WYJAŚNIENIE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa skanera do digitalizacji czasopism

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę skanera do digitalizacji czasopism, Zamawiający przedstawia dodatkowe wyjaśnienia do poszczególnych zapisów, które mogą być źródłem potencjalnych zapytań Wykonawców:

Pkt. 3. Wymagania, część I – Parametry techniczne:

Lp. 2

Rozdzielczość:

Od 600 dpi na całym obszarze skanowania A1.

Możliwość ograniczenia obszaru skanowania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga, aby skaner skanował w rozdzielczości optycznej przynajmniej 600x600 dpi na całym obszarze skanowania.

Lp. 4

Położenie jednostki skanującej (źródła światła):

Górne, prostopadłe, oddalone od skanowanego obiektu o minimum 70 cm.

Wyjaśnienie:

Każde źródło światła i jego zasilanie emitują ciepło. Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów Zamawiający wymaga, aby źródło światła było oddalone o min. 70 cm od skanowanego obiektu. Oświetlenie obiektów z większej odległości zapewnia większą równomierność oświetlenia, co wiąże się z lepszą jakością skanów.

Lp. 6

Rozdzielczość kontrastu:

8,0 par linii/mm.

Wyjaśnienie:

Rozdzielczość kontrastu jest jednym z parametrów optyki skanera. Zamawiający wymaga, aby skaner w teście rozdzielczości kontrastu skanował poprawnie przynajmniej wzorec 8,0 par linii na milimetr.

Lp. 13

Stół skanera:

(...)

- wyposażony w automatyczny system podnoszenia płyty dociskowej,
(...).*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga, aby stół skanera był wyposażony w automatyczny system podnoszenia szklanej płyty dociskowej, ponieważ funkcja ta zwiększa wydajność pracy skanera, ułatwia przekładanie kart dużych dokumentów oraz zwiększa wygodę pracy operatora skanera.