

Żydowski Instytut Historyczny
im. Emanuela Ringelbluma
00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5
e-mail: secretary@jhi.pl
Tel.: (22) 827 92 21
Fax: (22) 827 83 72
www.jhi.pl

Warszawa, dnia 16 listopada 2012 r.

WYJAŚNIENIE Usługa skanowania - digitalizacji starodruków

W nawiązaniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługę skanowania – digitalizacji starodruków oraz opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający przedstawia dodatkowe wyjaśnienia do poszczególnych zapisów, które mogą być źródłem potencjalnych zapytań Wykonawców:

SIWZ

pkt 6.2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków

ppkt 6.2.1.1. *[wykonawca] posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na skanowaniu – digitalizacji starodruków, po minimum 100 000 stron każda.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający posiada niezwykle cenny, wyjątkowy zbiór biblioteczny, którego niektóre woluminy to jedyne zachowane egzemplarze, dlatego wymaga posiadania doświadczenia w digitalizacji tego typu obiektów.

Opis przedmiotu zamówienia,

pkt 3, Zakres prac w ramach usługi:

Lp. 3

Skanowanie – digitalizacja zbiorów.

Wymagania:

- *skanowanie w rozdzielczości 600 dpi na całym obszarze skanowania, (...)*
- *położenie jednostki skanującej górne, oddalone od skanowanego obiektu o minimum 70 cm, (...)*
- *skanery, na których będzie wykonywana usługa muszą posiadać stoły wyposażone w system automatycznego podnoszenia szklanej płyty dociskowej z regulacją siły docisku oraz możliwość skanowania bez płyty dociskowej (bez konieczności demontażu płyty)*

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga, aby skanery na których będzie wykonywana usługa digitalizacji posiadały rozdzielczość optyczną 600 dpi na całym obszarze skanowania wzdłuż obu krawędzi dokumentu.

Każde źródło światła i jego zasilanie emitują ciepło. Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów Zamawiający wymaga, by źródło światła było oddalone o min. 70 cm od skanowanego obiektu. Oświetlenie obiektów z większej odległości zapewnia większą równomierność oświetlenia, co wiąże się z lepszą jakością skanów.

Zamawiający posiada w zbiorach przeznaczonych do digitalizacji obiekty, które nie mogą być skanowane skanerem z szybą dociskową oraz takie, które umożliwiają wykorzystanie szyby. Wyżej wymienione stoły zapewniają największe bezpieczeństwo zbiorów i znacznie ułatwiają proces digitalizacji.

Lp. 4

Obróbka zeskanowanego pliku – graficzna poprawa jakości zeskanowanego pliku, m.in. poprzez jego przycięcie, wyostrzenie, wyrównanie, usunięcie odbić i refleksów, zarządzanie kolorem.

Wyjaśnienie:

Zamawiający przewiduje, że w ramach usługi wykonane zostaną zarówno pliki „macierzyste” TIFF, które nie będą podlegały żadnej obróbce oraz pliki TIFF, PDF, DjVu, które zostaną odpowiednio przetworzone w zależności od przeznaczenia.